

Brasília-DF, 06 de Maio de 2013.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RECEBI
Em 23/5/13 às 11h32
999133
Comissão Permanente de Licitação

À
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão Permanente de Licitações
Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Licitação

Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1408, Brasília – DF

CEP: 70160-900.

A/c Pregoeiro Sr. José Martinichen Filho

Ref.: PE 21/2013


Processo nº. 106.612/2011

Data da Licitação: 06 de Maio de 2013

Objeto: Aquisição de 7 (sete) monitores para realização de monitoramento paramétrico de adultos e crianças durante o período de internação e 7 (sete) suportes para monitor, incluindo serviços de instalação e treinamento e garantia de funcionamento pelo período de 12 doze meses.

Proposta nº 252/2013

Atendendo vossa solicitação, apresentamos nossa proposta para fornecimento, conforme abaixo especificado:

ITEM ÚNICO				
Subitem	QTD.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	07	REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10293490024  DX-2022D-C Monitor com tela de cristal líquido colorido de 8" interno. Apresenta os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, Oximetria de Pulso (SpO₂) e Pressão Não Invasiva (NIBP).	16.970,50 (Dezesseis mil novecentos e setenta reais e cinquenta centavos).	118.793,50 (Cento e dezoito mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

		ECG • Até 3 (três) canais simultâneos • 7 (sete) derivações • Traçados com sensibilidade/ganho e velocidade programáveis • Detecção de QRS • Proteção contra descarga do desfibrilador • Detector de Marcapasso Respiração (Resp) • Detecção por impedância torácica • Monitoração da frequência respiratória • Detecção de apnéia com tempo programável • Traçado com ganho automático		
		Temperatura (Temp) • Sensores cutâneos/superficiais (esofágicos/retais - opc) Oximetria (SpO₂) • Indicação numérica dos valores de saturação e pulso • Apresentação da curva pletismográfica Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP) • Indicação numérica das Pressões Sistólica, Média e Diastólica • Medição automática com programação de intervalo ou Medição manual por tecla dedicada • Modo STAT para monitoração contínua das pressões durante um intervalo de 05 minutos • Interrupção imediata do processo de medição por tecla dedicada Principais características • Integração de informações e curvas na mesma tela • Interfaces e configurações específicas para cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e Diagnóstico) e paciente (neonato, pediátrico e adulto) • Monitor leve, compacto e facilmente transportável por meio de sua alça embutida • Alarmes configuráveis pelo usuário		

Things To


1.2	07	Suporte (carrinho) móvel para apoio e transporte do monitor DX-2022D-C, estrutura tubular com rodízios para transporte, assegura perfeita fixação do equipamento através do sistema de engate rápido com trava que não apresenta risco de queda e permite a retirada rápida do equipamento da mesa do suporte, sem necessidades de ferramentas para tal. Marca: Dixtal Modelo: DY-0QMV0-0.	2.375,00 (Dois mil trezentos e setenta e cinco reais)	16.625,00 (Dezesseis mil seiscentos e vinte e cinco reais)
-----	----	--	--	---

VALOR TOTAL DO ITEM 01: R\$ 135.418,50 (Cento e trinta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 135.418,50 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

- PRODUTOS NACIONAIS

Os subitens constantes dessa planilha correspondem exatamente às especificações descritas no Anexo n. 1 deste Edital, às quais aderimos formalmente.



CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO:

- **Validade da proposta:** 60 (Sessenta) dias.
- **Impostos:** inclusos.
- **Frete:** CIF.
- **Condições de Pagamento:** 30 (trinta) DDL.
- **Prazo de entrega, Instalação dos equipamentos e treinamento:** Até 60 (Sessenta) dias.
- **Garantia:** 12 (doze) meses equipamentos e 90 (noventa) dias acessórios contra eventuais defeitos de fabricação, exceto mau uso dos equipamentos e acessórios.
- **Dados Bancários:**

BANCO DO BRASIL


Agência: 1003-0
C/c: 427194-7

Banco de Brasília-BRB

Agência: 060
C/c: 600274-0

- Declaramos que informaremos os preços unitários dos equipamentos, das peças e dos demais componentes que compõem o objeto da licitação sempre que solicitado pela Câmara dos Deputados, para fins de Registro Patrimonial.
- **Assistência Técnica:** permanente prestada em nosso laboratório em Brasília.

Atenciosamente,



Thiago Baptista Pio
RG: 2270232 SSP-DF
Diretor

Cirúrgica São Bernardo
Tel. (61) 3233-2958

Email: thiago@saobernardodf.com.br
www.saobernardodf.com.br

INSCRIÇÃO NO CNPJ
00 838 896/0001-82
CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA
SAAN - QUADRA 03 - Nº 980
CEP: 71.220-000
BRASÍLIA - DF