


CÂMARA DOS DEPUTADOS
RECEBI
Em, 18, 09, 13 às 10:40 h
Karla Mayola
Comissão Permanente de Licitação



PHILIPS
sense and simplicity

Philips Medical Systems Ltda.

Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16

Lagoa Santa, 13 de setembro de 2013.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Borges Lagoa, 960 – Vila Clementino – CEP 04038-002
São Paulo/SP

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 163/2013
PROCESSO DIGITAL: Nº 120.685/2012
ABERTURA: DIA 12/09/2013 ÀS 10:00 HORAS
ENCERRAMENTO: DIA 12/09/2013 ÀS 10:00 HORAS

PROPOSTA

OBJETO: Aquisição de três monitores desfibriladores multiparâmetros, incluindo treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses.

Empresa: Philips Medical Systems Ltda.

CNPJ: 58.295.213/0018-16

Endereço: Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000

Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira – Lagoa Santa/MG

TEL/FAX: (11) 97302-2855


Endereço Eletrônico: sonia.borges@philips.com

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

Item	Descrição	Marca	Modelo	Nº Anvisa	Un	Quant	Preço Unit	Preço Total
Único	Monitor Desfibrilador Multiparâmetro	Philips	HearStart MRx	10216710136	U	3	R\$38.862,09 (Trinta e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais e nove centavos)	R\$ 116.586,27 (Cento e dezesseis mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos)

PREÇO TOTAL DO ITEM ÚNICO POR EXTENSO: R\$ 116.586,27 (Cento e dezesseis mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos)

8




PHILIPS

sense and simplicity

Philips Medical Systems Ltda.

Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16

O HeartStart MRx é um monitor/desfibrilador/cardioversor leve e portátil, com apenas **7kg** com uma bateria, pás externas de desfibrilação e cabos inclusos. Possui uma tela **Colorida** de cristal líquido de alta resolução de 8,4 polegadas, permite a visualização de até 4 ondas.



Possui quatro modos de operação: **Monitorização**, **Desfibrilação Externa Semi-automática (DEA)**, **Desfibrilação Manual**, e opcionalmente, não incluso, **Marca Passo não invasivo**.

Ambos os modos, DEA e Manual, utilizam uma forma de onda bifásica **SMART® Biphasic** de baixa energia para desfibrilação. **SMART® Biphasic** é uma forma de onda de baixa energia para compensação da impedância, cuja finalidade é ser ajustada a diversos tipos de pacientes, tornando-a mais eficaz e com muitos menos risco de refibrilação e danos ao músculo cardíaco.

Modo de **Monitorização**, é possível visualizar até quatro formas de onda de **ECG** simultaneamente, ou de qualquer outro prâmetro adicional. A **monitorização de ECG** se encontra disponível nos modos Manual e DEA, através de cabo de ECG de 3 vias ou, opcionalmente, não inclusos, cabo de ECG de 5 vias ou pás adesivas.

Também encontram-se disponíveis **monitorizações opcionais**, não inclusas, de oximetria de pulso (**SpO2**), pressão arterial não invasiva (**PNI**), capnografia **Microstream (EtCO2)**, e dois canais de pressão invasiva (**PI**). As medidas desses parâmetros são apresentadas na tela e seus alarmes podem ser ajustados individualmente para alertar sobre alterações na condição do paciente.


O modo de monitorização também oferece opcionalmente uma função, não inclusa, de **ECG de 12 derivações** que permite visualizar, adquirir, armazenar e imprimir relatórios de ECGs de 12 derivações, com ou sem análise/interpretação. O ECG de 12 derivações do HeartStart MRx utiliza o algoritmo **Philips 12-Leads** para analisar sinais de ECG de 12 derivações em pacientes adultos e pediátricos. Esse algoritmo fornece uma análise das amplitudes, durações, morfologias das formas de onda de ECG e o ritmo correspondente, com base na idade e sexo do paciente.

O HeartStart MRx pode armazenar internamente até **50 relatórios de ECG 12 derivações** e opcionalmente realizar a **transmissão** (software não incluso) dos mesmos para sistemas de gerenciamento de eventos, **via RS-232 ou Bluetooth utilizando um telefone celular**.

Uma outra ferramenta opcional, não inclusa, muito importante é a **Q-CPR (Quality CPR)**, ferramenta de medição da qualidade da Ressuscitação Cardio Pulmonar.

Auxilia o usuário com informações sobre as compressões e ventilações realizadas, tais como quantidade, profundidade e velocidade das compressões, e frequência e volume das ventilações.

Modo **DEA**, o HeartStart MRx analisa o ECG do paciente e determina se a aplicação de choque é



PHILIPS

sense and simplicity

Philips Medical Systems Ltda.

Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16

recomendada. Os comandos de voz orientam o processo de desfibrilação em 3 etapas: ligar, seguir as instruções e aplicar o choque se indicado; fornecendo instruções fáceis de serem seguidas e informações sobre o paciente. Os comandos de voz são reforçados por mensagens apresentadas na tela.

Modo **Manual** oferece desfibrilação simples em 3 etapas. É possível analisar o ECG do paciente e, se for o necessário: 1) selecionar a energia; 2) carregar; e 3) aplicar o choque. O modo Manual também permite que seja realizada cardioversão sincronizada, imediatamente após a detecção de uma onda R na medida do ECG, e oferece opcionalmente, **não incluso**, a estimulação cardíaca não invasiva (**marca passo externo**).

A **Desfibrilação** é feita por intermédio de pás externas adulta com pediátrica embutida e indicador de contato.

Opcionalmente, não inclusas, o choque pode ser realizado através de pás internas ou pás adesivas multifuncionais de desfibrilação.

Seletor giratório de carga oferece rápido acesso e manuseio às possibilidades de ajuste de carga (1 a 9, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J). Permite que alterações no nível de carga possam ser realizadas quando o aparelho está carregado, sem a necessidade de uma nova recarga.

Modo de **Marca Passo** opcional, não incluso, oferece terapia de estimulação transcutânea não invasiva. Os pulsos estimulados são aplicados por pás adesivas multifuncionais.

Software para detecção de arritmias capaz de detectar 10 arritmias, incluindo 5 arritmias que sinalizam risco de vida: asístole, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia extrema e taquicardia extrema.


Configuração do HeartStart MRx pode ser realizada para melhor atender às necessidades de diversos usuários.

*É o único equipamento do mercado que possui um **indicador de bom funcionamento**, que permite rapidamente identificar se o equipamento está **pronto para uso**. Isso só é possível, pois o MRx possui um exclusivo sistema de **auto teste diário, semanal e mensal**, que testa todas as partes do sistema, circuito de carga, choque, análise, parâmetros, display, interface com o usuário, entre outros.*

Todos os testes realizados nos últimos doze meses são armazenados na memória interna do aparelho, podendo ser revizados na própria tela ou impressos no registrador.

Armazenamento de dados críticos automático, como resumos de eventos e relatórios de 12 derivações, em sua memória interna. Capacidade para armazenar internamente 8h contínuas de formas de ondas de ECG e eventos, mais 50 relatórios de ECG 12 derivações.

O HeartStart MRx também permite armazenar opcionalmente dados e informações em um cartão de dados tipo *Compact Flash*, não incluso, para serem transmitidos para o HeartStart Event Review



PHILIPS

sense and simplicity

Philips Medical Systems Ltda.

Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16

Pro, a solução Philips para gerenciamento de dados.

Registrador integrado de **50mm**, onde são determinados eventos impressos manual ou automaticamente. É possível definir as faixas impressas, incluindo faixas solicitadas manualmente e as geradas por um evento (marcação, carga ou choque). Permite a impressão de eventos, cargas, choques, alarmes e relatórios com as 12 derivações contínuas, testes operacionais e informações do aparelho.

Como opção, o usuário ainda pode solicitar o equipamento com um registrador integrado, não incluso, de **75mm**.

Baterias de íon de lítio recarregáveis com 5h de autonomia. A carga disponível da bateria pode ser facilmente verificada nos indicadores da bateria localizados adequadamente na tela do HeartStart MRx ou nos medidores da própria bateria.


Possui dois slots para utilização com até duas baterias, totalizando 10h de monitorização contínua.

O HearStart MRx possui um **módulo de alimentação externa** de CA ou CC para carregar continuamente a bateria.

Acompanha cabo de ECG de 3 vias, carga de teste para marca passo, 03 rolos de papel Termossensível, manual do usuário, módulo de alimentação externa, uma bateria de 5h e alça para transporte.

Composto de:

Código	Itens e Acessórios Opcionais	Qtd
A01	Sp02	03
AC4	Software em português	03
B01	Marca-passo não invasivo (Necessário adicionar pás adesivas)	03
C01	Pás Externas Standard	03
LP1	Guia Instrução Usuário	03
STD	Cabo adaptador para pás adesivas (conector "chato")	03
989803158221	Pás Adesivas Adulto (conector "chato") – 05 pares (jogos de eletrodos multifunção para monitorização e desfibrilação)	03
M1192A	Sensor de Dedo Pediátrico de SPO2 - (Precisa de Adaptador M1940A para Viridia 24, 26 ou Monitores CMS) (unit.)	03
C05	BATERIA ION DE LÍTIO	03



PHILIPS

sense and simplicity

Philips Medical Systems Ltda.

Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 12 (doze) meses (por extenso) meses (observar o disposto no Anexo n. 1).

PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO INCLUINDO OS TESTES DE FUNCIONAMENTO E O TREINAMENTO: 60 (sessenta) dias contados da assinatura do contrato.

Declaramos que os equipamentos ofertados, caso necessário, receberão atendimento de garantia na rede de assistência autorizada pelo fabricante, em território nacional.

Declaramos que o item constante desta proposta corresponde exatamente as especificações descritas no Anexo I do edital as quais aderimos formalmente.

Gisele Maria da Silva
GISELE MARIA DA SILVA

RG: 23.978.783-3

CPF: 205.868.758-24

PROCURADORA

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

PHILIPS

sense and simplicity


Philips Medical Systems Ltda.

Rua Pref. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16

CONDIÇÕES GERAIS

- **Condição de pagamento:** 30 (trinta) dias contados do aceite da nota fiscal.
- **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias.
- **Prazo de entrega:** 60 (sessenta) dias contados da assinatura do contrato.
- **Local de entrega:** local indicado no item 5.5 deste anexo, com todos e quaisquer acessórios necessários
- **Prazo de garantia dos equipamentos:** 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação em condições normais de uso.
- **Assistência técnica:** Permanente, prestada exclusivamente nos laboratórios em São Paulo, Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 703 – Santo Amaro – São Paulo/SP ou através do representante credenciado na página seguinte.
- **Instalação/Treinamento:** a Philips, através de seus profissionais/representantes, fará montagem, instalação, testes de funcionamento e treinamento nos locais determinados sem ônus aos elementos designados pelo Hospital, para um perfeito manuseio dos equipamentos.
- **Manutenção:** a Philips oferece “Contrato de Manutenção” preventiva e corretiva para todos os equipamentos de sua fabricação após o prazo de garantia.
- **Observação:** Os preços ofertados dentro do prazo de validade da proposta, incluem todas as despesas com impostos, taxas, fretes, embalagem, seguros, montagem, instalação, treinamento pessoal e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado.

7



PHILIPS

sense and simplicity

Philips Medical Systems Ltda.

Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000
Dist. Ind. Genesco Aparecido de Oliveira - Lagoa Santa - MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16

REPRESENTANTE CREDENCIADO “PHILIPS” TÉCNICO E COMERCIAL PARA ESTADO DO BRASÍLIA/DF.

CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA.

CNPJ. 00.838.896/0001-82
SAAN – Quadra 03 – lotes 970/980
Brasília - DF
CEP: 70632-300 - Fone: (61) 3233-2958
Responsável: Sr. Manoel Pio Junior

Identificação da Licitante

Razão social: Philips Medical Systems Ltda.
Endereço: Rua Prof. Eliseu Alves da Silva, 400 – CEP: 33400-000 - Dist. Ind. Genesco
Aparecido de Oliveira – Lagoa Santa/MG
CNPJ: 58.295.213/0018-16 - Inscrição Estadual: 001986101.01-14
Inscrição Municipal: 71872012
Fone/Fax: (11) 97302-2855

Endereço pra envio de correspondências:

Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 - 4º Andar. Torre Jacarandá -
Tamboré CEP: 06460-040 - Barueri/SP.

Contatos por e-mail para assuntos referentes à envio/assinatura de contratos, empenhos,
recursos, ofícios e notificações: michelle.pereira@philips.com e
leonardo.moraes.santos@philips.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3400-2 - CONTA: 6924-8

DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

- JEANCARLO MARCHIORI DA LUZ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1066471762SJS e do CPF nº 001.713.650-46
- NÉLSON VICARI, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 25.726.847-9 SSP/SP - CPF nº 177.541.848-00


GISELE MARIA DA SILVA

RG: 23.978.783-3

CPF: 205.868.758-24

PROCURADORA

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.

PREPOSTO

186

Processo: 120.685/12	Contrato: 2013/225.0
-----------------------------	-----------------------------

Pregão Eletrônico: 163/13

Nome Empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	CNPJ 58.295.213/0018-16
--	-----------------------------------

Endereço Rua Professor Eliseu Alves da Silva, 400, Distrito Industrial, Genesco Aparecida de Oliveira,	Tel 11 97302-2855	Fax
--	-----------------------------	------------

DADOS DO PREPOSTO:

Nome LEONARDO DE MORAES DOS SANTOS	CPF 323.110.578-12
--	------------------------------

Cargo ANALISTA DE LICITAÇÕES	Tel 11 969020139	Fax N/A
--	----------------------------	-------------------

E-Mail Leonardo.moraes.santos@philips.com

ATRIBUIÇÕES DO PREPOSTO:

O Preposto ou empregado indicado pela empresa deverá ter competência para entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão responsável pela fiscalização do contrato, conforme subitem 1.3 do Anexo n.3 do edital do certame em epígrafe.


Leonardo M Santos
Analista de Licitações

CCONT/CV